





LABORATORIO DE METROLOGÍA

INFORME DE CALIBRACIÓN

Solicitante: METAS S.A. DE C.V.	Folio No. 20160675
Dirección: Antonio Caso # 246 Col. Centro, Cd. Guzman Jalisco C.P. 49000	Hoja 1 de 4

DATOS	PATRÓN EMPLEADO	PATRÓN EMPLEADO	PATRÓN EMPLEADO	INSTRUMENTO
Nombre	Multimetro	Calibrador	Puente RLC	Calibrador
Marca	Fluke	Fluke	Quad Tech	Fluke
Modelo	8508A	5790A	7600 Plus	5500 A
No. Serie y/o Id.	203564758	D55973	8391273	7860015
Clase de Exactitud	Varias	Varias	0.02%	Varias
Folio del patrón	20160213	20160013	20151253	
Vigencia	2017-02-10	2017-01-13	2016-07-10	

Resultado: <input checked="" type="checkbox"/> CUMPLE <small>(Cumple las especificaciones del fabricante)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> CUMPLE PARCIALMENTE <small>(Algunas mediciones o funciones NO cumplen las especificaciones del fabricante)</small>	<input checked="" type="checkbox"/> NO CUMPLE <small>(NO cumple las especificaciones del fabricante)</small>
Procedimiento: K3153E35	Método medición: Directo/Indirecto	
Fechas	Recibido: 2016-04-19	Realizado: 2016-04-20
		Revisado: 2016-04-21
Realizó: <u>Tec. Alvaro Valdivia Barragán.</u> <small>Nombre</small>	 <small>Firma</small>	 <small>Firma</small>
Autorizó: <u>Ing. Juan Carlos Chávez Rasgado</u> <small>Nombre</small>		<u>Auxiliar</u> <small>Cargo</small>

OBSERVACIONES: Trazabilidad a patrones nacionales mantenidos por el (CENAM).
Declaración de incertidumbre con k=2 y un nivel de confianza de aproximadamente el 95 %
También se utilizó como patrón el Analizador de Potencia Arbitr con ID: A0891, Folio: 20151924, Vigencia: 2016-10-05, Shunts Guildline C.A.
Resistores L&N C.C.

153A0101 DOCUMENTO CONFIDENCIAL PROHIBIDA SU REPRODUCCIÓN PARCIAL SIN LA AUTORIZACIÓN POR ESCRITO DEL LABORATORIO

